

**Specyfikacja zamówienia do Zapytania ofertowego
na zakup i dostawę używanych pieców do pracowni ceramicznej**

Nr wyd atku	Nazwa wydatku	Ilość	Jm	Opis
1.	Piec ceramiczny	1	szt.	<ul style="list-style-type: none"> ● stan: używany (z zastrzeżeniem: w pełni sprawny, umożliwiający użytkowanie, po ewentualnym remoncie) ● moc: 16-17 KW ● pojemność: 350-400 litrów ● otwierany od przodu ● sterowanie: regulator Shinka PCD 33A (lub równoważny pod względem dokładności i okresem próbkowania) ● izolacja: wełna odporna na wysoką temperaturę ● dodatkowe wyposażenie: sterowany uchył (komin) z siłownikiem ● drut: kanthal min. 2 mm <p>Warunek konieczny: sprzęt nie był uprzednio współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (wymagane uzupełnienie Oświadczenia dotyczącego pochodzenia środka trwałego zgodnie ze wzorem w Zapytaniu ofertowym - załącznik).</p>
2.	Piec laboratoryjny	1	szt.	<ul style="list-style-type: none"> ● stan: używany (z zastrzeżeniem: w pełni sprawny, umożliwiający użytkowanie, po ewentualnym remoncie) ● moc: min. 8 KW ● pojemność. min 100 litrów ● sterowanie: regulator Shinka PCD 33A (lub równoważny pod względem dokładności i okresem próbkowania) ● izolacja: wełna odporna na wysoką temperaturę ● dodatkowe wyposażenie: sterowany uchył (komin) z siłownikiem ● drut: kanthal min. 2 mm ● półka pod piec na wysokość 60 cm (+/- 10%) <p>Warunek konieczny: sprzęt nie był uprzednio współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (wymagane uzupełnienie Oświadczenia dotyczącego pochodzenia środka trwałego zgodnie ze wzorem w Zapytaniu ofertowym - załącznik).</p>